

EU Declaration of Conformity

EN

Declaration number	Eclipse Analyzer 02-23
Name of the manufacturer	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Address of the manufacturer	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Address of authorised representative	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product / model	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
------------------------	---

Object of the declaration	Eclipse Analyzer
----------------------------------	------------------


The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

Document Name	Issue
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Signed for and on behalf of:	Place and Date:	Veolia, Boulder CO February 1, 2023
Name: Kevin Aumiller	Name:	Peter Maszlaver
Function: Director of Research	Function:	Production Supervision Manager
Signature:	Signature:	



Declaration number

Eclipse Analyzer 02-23

Additional Information

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.

ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

BG

Декларация номер	Eclipse Analyzer 02-23
Името на производителя	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Адрес на производителя	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Адрес на упълномощен представител	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя:

Модел на продукт	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
------------------	---

Предмет на декларацията	Eclipse Analyzer
-------------------------	------------------

Предметът на декларацията, описан по - горе, отговаря на съответното законодателство на Съюза за хармонизация:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

Позоваване на използваните хармонизирани стандарти или позоваване на други технически спецификации, по отношение на които се декларира съответствие:

Документ Име	Издание
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Подписано за и от името на:	Място и дата:	Veolia, Boulder CO February 1, 2023
Име: Kevin Aumiller	Име: Peter Maszlaver	
Длъжност: Director of Research	Длъжност: Production Supervision Manager	
Подпис:	Подпис:	

Декларация номер

Eclipse Analyzer 02-23

Допълнителна информация

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CZ

Číslo prohlášení	Eclipse Analyzer 02-23
Jméno výrobce	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Adresa výrobce	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Adresa zplnomocněného zástupce	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Model výrobku/výrobek	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
-----------------------	---

Předmět prohlášení	Eclipse Analyzer
--------------------	------------------

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

Jméno dokumentu	Edice
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Podepsáno za a jménem:	Místo a datum:	Veolia, Boulder CO February 1, 2023
Jméno: Kevin Aumiller	Jméno:	Peter Maszlaver
Funkce: Director of Research	Funkce:	Production Supervision Manager
Podpis:	Podpis:	

Číslo prohlášení

Eclipse Analyzer 02-23

Další informace

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

DA

Erklæring nummer	Eclipse Analyzer 02-23
Producentens navn	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Adresse på fabrikanten	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Adresse på bemyndigede repræsentant	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar.

Produktmodel/produkt	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
-----------------------------	---

Erklæringens genstand	Eclipse Analyzer
------------------------------	------------------

Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller til de andre tekniske specifikationer, som der erklæres overensstemmelse med:

Dokumentnavn	Udgave
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Underskrevet for og på vegne af:	Udstedelsessted og -dato:	Veolia, Boulder CO February 1, 2023
Navn:	Kevin Aumiller	Navn: Peter Maszlaver
Stilling:	Director of Research	Function: Production Supervision Manager
Underskrift:		Underskrift:

Erklæring nummer

Eclipse Analyzer 02-23

Supplerende oplysninger

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

DE

Der Erklärung nummer	Eclipse Analyzer 02-23
Name des Hersteller	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Anschrift des Hersteller	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Anschrift seines Bevollmächtigten	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Produktmodell/Produkt	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
------------------------------	---

Gegenstand der Erklärung	Eclipse Analyzer
---------------------------------	------------------

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe der anderen technischen Spezifikationen, in Bezug auf die die Konformität erklärt wird:

Dokumentname	Ausgabetag
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Unterzeichnet für und im Namen von:	Ort und Datum der Ausstellung:	Veolia, Boulder CO February 1, 2023
Name: Kevin Aumiller	Name:	Peter Maszlaver
Funktion: Director of Research	Funktion:	Production Supervision Manager
Unterschrift:	Unterschrift:	

Der Erklärung nummer

Eclipse Analyzer 02-23

Weitere Informationen

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

EL

Αριθμός δήλωσης	Eclipse Analyzer 02-23
Επωνυμία του κατασκευαστή	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Διεύθυνση του κατασκευαστή	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Μοντέλο προϊόντος	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
-------------------	---

Στόχος της δήλωσης	Eclipse Analyzer
--------------------	------------------

Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

Μνεία των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν ή μνεία των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:

Όνομα του εγγράφου	έκδοση
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος:	τόπος και ημερομηνία:	Veolia, Boulder CO February 1, 2023	
όνομα:	Kevin Aumiller	όνομα:	Peter Maszlaver
θέση:	Director of Research	θέση:	Production Supervision Manager
υπογραφή:		υπογραφή:	

Αριθμός δήλωσης

Eclipse Analyzer 02-23

Συμπληρωματικές πληροφορίες

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

ES

Número de declaración	Eclipse Analyzer 02-23
Nombre del fabricante	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Dirección del fabricante	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Dirección de representante autorizado	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Modelo de producto	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
--------------------	---

Objeto de la declaración	Eclipse Analyzer
--------------------------	------------------

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, o referencias a las otras especificaciones técnicas respecto a las cuales se declara la conformidad:

Nombre del documento	Edición
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Firmado en nombre de:	Lugar y fecha:	Veolia, Boulder CO February 1, 2023
Nombre: Kevin Aumiller	Nombre:	Peter Maszlaver
Cargo: Director of Research	Cargo:	Production Supervision Manager
Firma:	Firma:	

Número de declaración

Eclipse Analyzer 02-23

Información adicional

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.

ELi VASTAVUSDEKLARATSIOON

ET

Deklaratsioon number	Eclipse Analyzer 02-23
Tootja nimi	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Tootja aadress	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Aadress volitatud esindaja	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

Käesolev vastavausdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Toote mudel/toode	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
-------------------	---

Deklareeritav toode	Eclipse Analyzer
---------------------	------------------

Eelkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

Viited kasutatud harmoneeritud standarditele või viited muudele tehnilistele spetsifikatsioonidele, millele vastavust deklareeritakse:

Dokumendi nimi	Editioni
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Alla kirjutanud:	Koht ja kuupäev:	Veolia, Boulder CO February 1, 2023
Nimi: Kevin Aumiller	Nimi:	Peter Maszlaver
Ametinimetus: Director of Research	Ametinimetus:	Production Supervision Manager
Allkiri:	Allkiri:	

Deklaratsioon number

Eclipse Analyzer 02-23

Lisateave

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

FI

Ilmoituksen numero	Eclipse Analyzer 02-23
Valmistajan nimi	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Valmistajan osoite	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Osoitteen edustajan	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Tuotemalli/tuote	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
------------------	---

Vakuutuksen kohde	Eclipse Analyzer
-------------------	------------------

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:

Asiakirjan nimi	Painos
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Puolesta allekirjoittanut:	Antamisaika ja - päivämäärä:	Veolia, Boulder CO February 1, 2023
Nimi: Kevin Aumiller	Nimi:	Peter Maszlaver
Tehtävä: Director of Research	Tehtävä:	Production Supervision Manager
Allekirjoitus:	Allekirjoitus:	

Ilmoituksen numero

Eclipse Analyzer 02-23

Lisäinformaatio

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

FR

Numéro de la déclaration	Eclipse Analyzer 02-23
Nom du fabricant	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Adresse du fabricant	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Adresse de son mandataire	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Modèle de produit	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
--------------------------	---

Objet de la déclaration	Eclipse Analyzer
--------------------------------	------------------

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

Nom du document	Edition
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Signé par et au nom de:	Date et lieu:	Veolia, Boulder CO February 1, 2023
Nom: Kevin Aumiller	Nom:	Peter Maszlaver
Fonction: Director of Research	Fonction:	Production Supervision Manager
Signature:	Signature:	

Numéro de la déclaration

Eclipse Analyzer 02-23

**Informations
complémentaires:**

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

HR

Broj deklaracije	Eclipse Analyzer 02-23
Naziv proizvođača	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Adresa proizvođača	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Adresa ovlaštenog predstavnika	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

Za izdavanje EU izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.

Uzorak proizvoda/proizvod	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
---------------------------	---

Predmet izjave	Eclipse Analyzer
----------------	------------------

Predmet navedene izjave u skladu je s mjerodavnim zakonodavstvom Unije o usklađivanju:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

Pozivanja na relevantne primijenjene usklađene norme ili pozivanja na druge tehničke specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje sukladnost:

Naziv dokumenta	Izdanje
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Potpisano za i u ime:	Mjesto i dan:	Veolia, Boulder CO February 1, 2023
Ime: Kevin Aumiller	Ime:	Peter Maszlaver
Funkcija: Director of Research	Funkcija:	Production Supervision Manager
Potpis:	Potpis:	

Broj deklaracije

Eclipse Analyzer 02-23

Dodatne informacije

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

HU

Nyilatkozat száma	Eclipse Analyzer 02-23
A gyártó neve	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
A gyártó címe	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Címét, meghatalmazott képviselője	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabánya, Komárom Esztergom, Hungary 2800

Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.

Termékmodell/termék	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
---------------------	---

A nyilatkozat tárgya	Eclipse Analyzer
----------------------	------------------

A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

Az alkalmazott harmonizált szabványokra való hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki leírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek.

A dokumentum nevének	Kiadás
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

A nyilatkozatot a nevében és megbízásából írták alá:	A kiállítás helye és dátuma:	Veolia, Boulder CO February 1, 2023
Név: Kevin Aumiller	Név: Peter Maszlaver	
Beosztás: Director of Research	Beosztás: Production Supervision Manager	
Aláírás:	Aláírás:	

Nyilatkozat száma

Eclipse Analyzer 02-23

További információk

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

IT

Dichiarazione n	Eclipse Analyzer 02-23
Nome del fabbricante	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Indirizzo del fabbricante	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Indirizzo del rappresentante autorizzato	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

Modello di prodotto	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
----------------------------	---

Oggetto della dichiarazione	Eclipse Analyzer
------------------------------------	------------------

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

Documento nome	Edizione
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Firmato a nome e per conto di:	Luogo e data del rilascio:	Veolia, Boulder CO February 1, 2023
Nome: Kevin Aumiller	Nome:	Peter Maszlaver
Funzione: Director of Research	Funzione:	Production Supervision Manager
Firma:	Firma:	

Dichiarazione n

Eclipse Analyzer 02-23

Informazioni supplementari:

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

LT

Deklaracijos numeris	Eclipse Analyzer 02-23
Gamintojo pavadinimas	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Gamintojo adresas	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Adresas įgaliotasis atstovas	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe.

Gaminio modelis	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
-----------------	---

Deklaracijos objektas	Eclipse Analyzer
-----------------------	------------------

Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius derinamuosius Sąjungos teisės aktus:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

Susijusių taikytų darnųjų standartų nuorodos arba kitų techninių specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitikties, nuorodos:

Dokumento pavadinimas	Leidinys
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Už ką ir kieno vardu pasirašyta:	Išdavimo data ir vieta:	Veolia, Boulder CO February 1, 2023
Vardas: Kevin Aumiller	Vardas:	Peter Maszlaver
Pareigos: Director of Research	Pareigos:	Production Supervision Manager
Parašas:	Parašas:	

Deklaracijos numeris

Eclipse Analyzer 02-23

Papildoma informacija

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

LV

Deklarācija skaits	Eclipse Analyzer 02-23
Ražotāja nosaukums	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Ražotāja adrese	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Adrese pilnvarotā pārstāvja	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz ražotāja atbildību.

Produkta modelis	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
------------------	---

Deklarācijas priekšmets	Eclipse Analyzer
-------------------------	------------------

Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Savienības saskaņošanas tiesību aktam:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

Atsauces uz attiecīgajiem izmantotajiem saskaņotajiem standartiem vai uz citām tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz ko tiek deklarēta atbilstība:

Dokumenta nosaukums	Izdevums
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Parakstīts šādas personas vārdā:

Vieta un datums:

Vārds/Uzvārds Kevin Aumiller

Vārds/Uzvārds Peter Maszlaver

Amats: Director of Research

Amats: Production Supervision Manager

Paraksts:

Paraksts:

Deklarācija skaits

Eclipse Analyzer 02-23

Papildu informācija

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.

DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ TAL-UE

MT

Numru tad-dikjarazzjoni	Eclipse Analyzer 02-23
Isem tal-manifattur	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Iindirizz tal-manifattur	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Iindirizz tar-rappreżentant awtorizzat	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

Din id-dikjarazzjoni ta' konformità tinħareg taht ir-responsabbiltà unika tal-manifattur.

Il-prodott	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
-------------------	---

L-għan tad-dikjarazzjoni	Eclipse Analyzer
---------------------------------	------------------

L-għan tad-dikjarazzjoni deskritt hawn fuq huwa konformi mal-leġislazzjoni ta' armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

Ir-referenzi għall-istandards armonizzati rilevanti li ntużaw jew ir-referenzi għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi l-oħra li skonthom qed tiġi ddikjarata l-konformità:

Dokument Isem	Edizzjoni
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Iffirmata għal u f'isem:	Post u data tal-ħruġ:	Veolia, Boulder CO February 1, 2023
Isem: Kevin Aumiller	Isem:	Peter Maszlaver
Funzjoni: Director of Research	Funzjoni:	Production Supervision Manager
Firma:	Firma:	

Numru tad-dikjarazzjoni

Eclipse Analyzer 02-23

Informazzjoni addizzjonali

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

NL

Verklaring nummer	Eclipse Analyzer 02-23
Naam van de fabrikant	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Adres van de fabrikant	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Adres van de gemachtigde	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Product / Type	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
-----------------------	---

Voorwerp van de verklaring	Eclipse Analyzer
-----------------------------------	------------------

Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

Vermelding van de toegepaste relevante geharmoniseerde normen of van de overige technische specificaties waarop de conformiteitsverklaring betrekking heeft:

Documentnaam	Editie
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Ondertekend voor en namens:

Plaats en datum:

Naam: Kevin Aumiller

Naam: Peter Maszlaver

Functie: Director of Research

Functie: Production Supervision Manager

Handtekening:

Handtekening:

Verklaring nummer

Eclipse Analyzer 02-23

Aanvullende informatie

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

PL

Numer deklaracji	Eclipse Analyzer 02-23
Nazwa producenta	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Adres producenta	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Adres upoważnionego przedstawiciela	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Model produktu/produkt	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
------------------------	---

Przedmiot deklaracji	Eclipse Analyzer
----------------------	------------------

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

Nazwa dokumentu	Edycja
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Podpisano w imieniu:	Miejsce i data wydania:	Veolia, Boulder CO February 1, 2023
----------------------	-------------------------	--

Imię: Kevin Aumiller

Imię: Peter Maszlaver

Stanowisko: Director of Research

Stanowisko: Production Supervision Manager

Podpis:

Podpis:

Numer deklaracji

Eclipse Analyzer 02-23

Informacje dodatkowe

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

PT

Número da declaração	Eclipse Analyzer 02-23
Nome do fabricante	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Endereço do fabricante	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Endereço do respetivo mandatário:	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Modelo do produto	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
-------------------	---

Objeto da declaração	Eclipse Analyzer
----------------------	------------------

O objeto da declaração acima descrito está em conformidade com a legislação de harmonização da União aplicável:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

Referências às normas harmonizadas aplicáveis utilizadas ou a outras especificações técnicas em relação às quais é declarada a conformidade:

Nome do documento	Edição
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Assinado por e em nome de:	Local e data de emissão: Veolia, Boulder CO February 1, 2023
Nome: Kevin Aumiller	Nome: Peter Maszlaver
Cargo: Director of Research	Cargo: Production Supervision Manager
Assinatura:	Assinatura:

Número da declaração

Eclipse Analyzer 02-23

Informações complementares

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.

DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE

RO

Numărul de declarație	Eclipse Analyzer 02-23
Denumirea producătorului	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Adresa producătorului	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Adresa a reprezentantului autorizat	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

Modelul de produs	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
--------------------------	---

Obiectul declarației	Eclipse Analyzer
-----------------------------	------------------

Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:

Nume document	Ediție
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Semnat pentru și în numele:

Locul și data:

Numele: Kevin Aumiller

Numele: Peter Maszlaver

Funcția: Director of Research

Funcția: Production Supervision Manager

Semnătura:

Semnătura:

Numărul de declarație

Eclipse Analyzer 02-23

Informații suplimentare

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

SI

Številka deklaracije	Eclipse Analyzer 02-23
Ime proizvajalca	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Naslov proizvajalca	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Naslov pooblaščenega zastopnika	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

Ta izjava o skladnosti je izdana na lastno odgovornost proizvajalca.

Model proizvoda	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
------------------------	---

Predmet izjave	Eclipse Analyzer
-----------------------	------------------

Predmet navedene izjave je v skladu z ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji.

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

Sklicevanja na uporabljene relevantne harmonizirane standarde ali sklicevanje na druge tehnične specifikacije v zvezi s katerimi je skladnost deklarirana:

Ime dokument	Izdaja
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Podpisano za in v imenu:	Kraj in datum:	Veolia, Boulder CO February 1, 2023
Ime: Kevin Aumiller	Ime:	Peter Maszlaver
Funkcija: Director of Research	Funkcija:	Production Supervision Manager
Podpis:	Podpis:	

Številka deklaracije

Eclipse Analyzer 02-23

Dodatne informacije

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

SK

Číslo vyhlásenia	Eclipse Analyzer 02-23
Meno výrobcu	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Adresa výrobcu	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Adresa splnomocneného zástupcu	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Typ výrobku /výrobok	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
----------------------	---

Predmet vyhlásenia	Eclipse Analyzer
--------------------	------------------

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Číslo dokumentu	Vydanie
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Podpísané za a v mene:	Miesto a dátum:	Veolia, Boulder CO February 1, 2023
Meno: Kevin Aumiller	Meno:	Peter Maszlaver
Funkcia: Director of Research	Funkcia:	Production Supervision Manager
Podpis:	Podpis:	

Číslo vyhlásenia

Eclipse Analyzer 02-23

Doplňujúce informácie

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

SV

Förklaring nummer	Eclipse Analyzer 02-23
Tillverkarens namn	Veolia WTS Analytical Instruments, Inc
Adress till tillverkaren	6060 Spine Road Boulder, CO 80301 USA
Adress till tillverkarens representant	Vigado utca 2011 hrsz. Tatabanya, Komarom Esztergom, Hungary 2800

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar.

Produktmodell/produkt	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) Platform
------------------------------	---

Föremål för försäkran	Eclipse Analyzer
------------------------------	------------------

Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade unionslagstiftningen:

2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU EMC Directive
2011/65/EU RoHS Directive and amendment (EU) 2015/863

Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som använts eller hänvisningar till de andra tekniska specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras:

Dokumentnamn	Utgåva
EN 61010-1:2010/A1	2019
EN 61326-1	2013
EN 55011	2016
EN 61000-3-2	2014
EN 61000-3-3	2013

Undertecknat för:	Ort och datum:	Veolia, Boulder CO February 1, 2023
Namn: Kevin Aumiller	Namn:	Peter Maszlaver
Befattning: Director of Research	Befattning:	Production Supervision Manager
Namnsteckning:	Namnsteckning:	

Förklaring nummer

Eclipse Analyzer 02-23

Ytterligare information:

RoHS Directive 2011/65/EU - This product is described as Annex I, Category 9 (Industrial Monitoring and Control Instrument) and therefore came under scope of the Directive on July 22, 2017 (Article 4(4e)). This product contains a UV Lamp which meets the exemption defined in Annex III 4(a), the exemption is valid until July 22, 2024.